

Inspectiecampagne betreffende de organisatie van de dienst voor fysieke controle en de opleiding van agenten voor de stralingsbescherming

WAT?

In augustus en september 2021 organiseerde de dienst Medische Inrichtingen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle een inspectiecampagne betreffende de organisatie van de dienst voor fysieke controle en de opleiding van agenten voor de stralingsbescherming in 8 inrichtingen van klasse II. Het ging om aangekondigde en geplande inspecties die online plaatsvonden. De geïnspecteerde inrichtingen werden willekeurig geselecteerd.

WAAROM?

Op 21 december 2018 werd een nieuw koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waarbij het bestaande ARBIS* werd gewijzigd.

Een van de belangrijkste wijzigingen betreft de artikelen met betrekking tot de organisatie van de fysieke controle (sectie II - art. 23). Als gevolg daarvan werd een inspectiecampagne opgezet om bij verschillende exploitanten na te gaan of de bepalingen met betrekking tot de organisatie van de dienst voor fysieke controle en de opleiding van agenten voor de stralingsbescherming in de praktijk werden uitgevoerd.

Vanwege de covidpandemie werd besloten om de inspecties digitaal uit te voeren.

*Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.

RESULTATEN VAN DE INSPECTIECAMPAGNE

BELANGRIJKSTE POSITIEVE PUNTEN

Voor de meeste geïnspecteerde exploitanten geldt:

- Er is een dienst voor fysieke controle **opgericht**;
- Er is een medewerker aangewezen als **hoofd van de dienst voor fysieke controle**, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de taken van zijn dienst;
- Het hoofd van de dienst voor fysieke controle **rapporteert rechtstreeks** aan de directie of het hoofd van de inrichting;
- Er zijn medewerkers aangewezen als **agenten voor de stralingsbescherming**.



VERBETERPUNTEN

In de meeste gevallen werd het volgende vastgesteld:

- Sommige agenten voor de stralingsbescherming hebben **de vereiste opleiding niet gevolgd**;
- De **documenten** met een beschrijving van de organisatie van de dienst voor fysieke controle en de procedures met betrekking tot de taken die door de agenten voor de stralingsbescherming moeten worden uitgevoerd, zijn **onvolledig of ontbreken**;
- Er is **geen risicoanalyse rond stralingsbescherming** uitgevoerd of ze is niet up-to-date;
- Het **documentatiesysteem** van de dienst voor fysieke controle is **onvolledig en/of niet in overeenstemming met de voorschriften**.

WAT MOET U DOEN?

Als de verbeterpunten ook voor u gelden, of als u nog geen dienst voor fysieke controle heeft opgericht binnen uw inrichting, dan moet u contact opnemen met uw erkende instelling voor fysieke controle (**Be.Sure**, **Techni-Test** of **Vinçotte**) voor hulp en advies.

MEER INFORMATIE

<https://fanc.fgov.be/nl/professionelen/medische-inrichtingen/humane-geneeskunde/fysieke-controle-van-de-inrichtingen-van>

CONTACTINFO (ERKENDE INSTELLINGEN)

Be.Sure	+32 10 81 21 83
Techni-Test	+32 2 251 34 74
Vinçotte	+32 2 674 51 20

