




Aanschaf van radiografietoestellen

Aandachtspunten vooraleer u uw bestelling plaatst:

Wie moet erbij worden betrokken?

- Het hoofd van uw dienst voor fysieke controle
- Uw deskundige erkend in de fysieke controle

De deskundige erkend in de fysieke controle moet:

-  Aangeven of de huidige risicoanalyse met betrekking tot stralingsbescherming moet worden herzien en de bijgewerkte versie goedkeuren.
-  De noodzakelijke beschermingsmiddelen en maatregelen (bv. afscherming van de ruimte, enz.) goedkeuren.
-  Aangeven of de geplande wijziging aan het FANC moet worden aangegeven en de aangifte goedkeuren.



↪ Hoe vroeger in het proces **de deskundige erkend in de fysieke controle** wordt betrokken, hoe kleiner het risico op latere problemen en op extra kosten.

↪ De apparatuur kan alleen in gebruik worden genomen **indien de deskundige erkend in de fysieke controle daarvoor formeel toestemming geeft aan het einde van het opleveringsproces nadat ook werd geverifieerd of het toestel voldoet aan de aanvaardbaarheidscriteria (bv. overeenkomst lichtveld-stralingsveld, enz.)**. In alle andere gevallen is het gebruik van de apparatuur niet toegestaan.



Vinçotte

+32 2 674 51 20

controlatom@vincotte.be

Be.Sure

+32 1 081 21 83

info@besurerp.be

Techni-Test

+32 2 251 34 74

info@technitest.be

Meer informatie



FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR
NUCLEAIRE CONTROLE